

**CONTRATO Nº 469/2022 - SMS GOIÂNIA**

2 mensagens

Divisão de Contratos e Convênios SMS &lt;dvcc.sms@gmail.com&gt;

30 de maio de 2022 09:37

Para: Lara ALMEIDA &lt;lara.almeida@airliquide.com&gt;, patricia.duarte@airliquide.com

Olá Prezados(as),

com os nossos cumprimentos, encaminhamos o Contrato para assinatura (que poderá ser eletrônica). Informamos que é necessário enviar, juntamente com o contrato assinado as certidões negativas de débitos atualizadas (CND: Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista e FGTS) no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis contados a partir desta data. O Contrato deverá:

- ser impresso em tinta preta,
- 2 vias,
- papel branco, somente frente(sem verso)
- em caso de envio pelos correios, favor informar o código de rastreamento.
- CASO SEJA ASSINADO ELETRONICAMENTE, BASTA DEVOLVER POR ESTE EMAIL.


O Endereço para entrega é: Av. Cerrado nº 999, Park Lozandes, Paço Municipal  
Secretaria Municipal de Saúde/ Gerência de Contratos, Convênios e Credenciamento, Sala 16, 2º andar, Bloco "D" -  
Goiânia/GO - CEP: 74884-900.

Favor acusar o recebimento deste e-mail e se houver qualquer dúvida, entrem em contato conosco.

Atenciosamente,

Eliel Silva

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia  
Diretoria Financeira / Fundo Municipal de Saúde  
Gerência de Contratos, Convênios e Credenciamento  
Fone: (62) 3524-1515

 **Contrato nº 469-2022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Bee 46887.pdf**  
294K**DIAS, Fabiana** <fabiana.dias@airliquide.com>

1 de junho de 2022 15:40

Para: dvcc.sms@gmail.com

Cc: Andre NUNES &lt;andre.nunes@airliquide.com&gt;, "RIBEIRO, Vanessa" &lt;vanessa.ribeiro@airliquide.com&gt;, "ALMEIDA, Lara" &lt;lara.almeida@airliquide.com&gt;

Boa tarde a todos! Espero que estejam bem.

Sr. Eiel, prezando pela transparência e ética em nossas relações falamos há pouco na gerência de contratos, bem como com a diretoria de zoonozes na pessoa de Rodrigo.

Recebemos nesta segunda-feira o contrato para avaliação e assinatura para fornecimento de CO2 para a Secretaria de Saúde de Goiânia, sem prévia notificação de homologação. No tocante da análise, notamos que existem divergências quanto ao que consta no termo de referência frente ao contrato, como por exemplo nas cláusulas:

7.3. Os cilindros e seus acessórios deverão ser submetidos às manutenções preventivas, corretivas, pinturas e aos testes necessários ao seu funcionamento, incluindo testes hidrostáticos, sem ônus para Secretaria Municipal de Saúde, fornecendo equipamentos substitutos enquanto perdurar as manutenções.

7.5. Efetuar a aferição preventiva e corretiva, aferição e calibração dos itens relacionados, como válvulas de segurança, reguladores, manômetros e fluxômetros e demais componentes que se fizerem necessários à execução do objeto. Nos casos em que houver necessidade de substituição de acessórios, a empresa deverá substituí-los sem ônus para a Administração.

Para além disso, o envio de nossa proposta deu-se em dezembro/2021, com validade de 60 dias; tal precificação é defasada visto cenário atual de custos. Assim sendo, torna-se inexecutável o atendimento ao previsto neste contrato.

Ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Fabiana Dias**

Especialista Regional de Mercado



**Via Vicinal Antônio Sarti, 540 - Sertãozinho - S.P.**

tel: +55 16 3946 8310 - Ramal 8321

cel: +55 16 99715-9450

Em seg., 30 de mai. de 2022 às 09:57, ALMEIDA, Lara <lara.almeida@airliquide.com> escreveu:

Bom dia!

PSC.

At.te,

---

Lara Almeida  
Executivo de Contas Vitalaire



SIGA #airliquidiers  
E FIQUE POR DENTRO DO NOSSO DIA A DIA!

**Av. Maria Elias Lisboa Santos Qd5 Lt1E - Pq. industrial  
Aparecida de Goiânia - GO**

tel: + 55 62 40172728

cel: + 55 62 9 81186830

VitalAire é uma atividade da Air Liquide Healthcare.

---

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. As informações nela contidas não podem ser retransmitidas, arquivadas, utilizadas, divulgadas ou copiadas sem a autorização expressa do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise ao remetente, respondendo imediatamente o e-mail e em seguida apague-a do seu computador e/ou de outros dispositivos. Agradecemos sua cooperação. | *This message, including its attachments, may contain confidential and/or privileged information and its confidentiality is protected by law. The information herein cannot be retransmitted, filed, used, disclosed or copied without authorization from the sender. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it from your computer and/or other devices. Thank you for your cooperation.*

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Proposta\_CO2\_AIR\_LIQUIDE\_-\_SECRETARIA\_MUNICIPAL\_DE\_SAÚDE\_DE\_GOIANIA\_GERÊNCIA\_DE\_  
COMPRAS\_E\_LICITAÇÕES.pdf**

510K