



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Saúde**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021/SRP – SAÚDE  
(AVISO DE RESULTADO)**

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 069/2021/SRP – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** – Processo **Bee nº 33974**, cujo objeto é a contratação da aquisição dos itens de insumo, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, para atender as necessidades das Unidades de Saúde Mental, especificamente dos 10 (dez) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada através do **Parecer Jurídico nº 3941/2021**, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas, conforme dados abaixo:

**• EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDIOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 38.408.899/0001-59**

Item	Quant.	Descritivo	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	10 UND	<b>APARELHO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MESA</b> – Visor LCD de alta resolução, tamanho compacto. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Pletismografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda pletismográficas, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; Relógio; Seleção de tipo de pacientes: ADU - Adulto/Pediátrico; NEO – Neonatal. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; Comunicação com computador; Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio; Ajuste do volume de tom de pulso mínimo 03 (três) níveis; Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Alimentação elétrica: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 Hz, 30 VA. Acessórios inclusos: sensor. Deverá ser acompanhado por um sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto, um sensor reutilizável do tipo infantil/pediátrico e um sensor reutilizável do tipo neonatal e 01 (uma) Bolsa para transporte. <b>Com garantia mínima de 12 (doze) meses. Com Registro na ANVISA/MS.</b>	Creative	1.475,00	14.750,00
<b>Valor Total: R\$ 14.750,00 (Quatorze mil, setecentos e cinquenta reais)</b>					

**• CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS - CNPJ: 18.258.209/0001-15**

Item	Quant.	Descritivo	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2	10 UND	<b>MARTELO HOSPITAL SENSIBILIDADE REFLEXO</b> – martelo para avaliação de reflexos neurológicos e sensibilidade; composição em aço inox; pontas arredondadas revestidas de borracha. Acompanha agulha e pincel com cerdas macias (embutido no cabo). Tamanho aproximado de 18 a 20 cm. Embalado individualmente, com dados de identificação do produto. <b>Com Registro na</b>	MD	56,95	569,50

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Saúde**

		<u>ANVISA/MS.</u>			
3	12 UND	<b>LANTERNA ALUMÍNIO USO MÉDICO</b> – Lanterna clínica tipo caneta, com iluminação LED 10 lumens, confeccionada em alumínio de alta qualidade e durabilidade. Alimentação por 02 (duas) pilhas AAA. Acionamento através de botão liga/desliga. Luz branca para melhor visualização da cor do tecido, com lâmpada de LED 3 volts com vida útil de, no mínimo, 10.000 horas. <b><u>Garantia mínima de 12 (doze) meses. Com Registro na ANVISA/MS.</u></b>	Controller	41,45	497,40
<b>Valor Total: R\$ 1.066,90 (Mil e sessenta seis reais e noventa centavos)</b>					

**Total Geral: R\$ 15.816,90 (Quinze mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos).**

Goiânia, 06 de outubro de 2021.

**Durval Ferreira Fonseca Pedroso  
Secretário Municipal de Saúde**