

Processo BEE nº : 44315

Interessado : Secretaria Municipal de Saúde


Objeto : Pregão eletrônico

Assunto : Parecer técnico

Despacho nº 251/21 – Encaminhem-se os autos à Comissão Especial de Licitação com o seguinte parecer:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARECER
01	262030	TIRA REATIVA DETERMINAÇÃO GLICOSE FR C/50,0 UNIDADES - Tira reativa para leitura de glicose no sangue capilar, venoso, arterial e neonatal, usada em glicosímetros, com volumes de amostras de 04 microlitros, com variação aceitável de +/- 02 microlitros, com ampla faixa de segurança para leitura, menor interferência de substâncias químicas e efeitos de oxigenação do sangue, método eletroquímico ou fotômetro, com leitura de até 40 segundos. Frascos com 50 Tiras. Com registro na ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. *Deverá acompanhar 6.000 glicosímetros compatíveis com as tiras reativas.	Frasco	80.000	O item possui registro válido (ANVISA Nº 81414020030), encontra-se em situação regular perante a autoridade sanitária e atende à todas as especificações. Manifestamo-nos de acordo com a aquisição.

Gerência de Assistência Farmacêutica, aos 25 dias do mês de outubro de 2021

  
Fernanda Maria da Silva Torquato  
Gerência de Assistência Farmacêutica  
Decreto nº 3.496/2021