

PROCESSO BEE Nº 40.475

INTERESSADO: Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos

ASSUNTO: Aquisição

DESPACHO Nº 188/2021 – Em atendimento ao Despacho nº 725/2021 da Comissão Especial de Licitação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, após análise, segue abaixo PARECER TÉCNICO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
01	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FR C/ 200ML	- O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS, marca DERMAEX, atende ao solicitado.
02	COLAGENASE DE 0,6 A 1,2 UI/G SEM CLORANFENICOL BISNAGA FR C/30G	- O produto proposto pela empresa CIENTÍFICA MÉDICA-HOSPITALAR LTDA, marca ABBOT, atende ao solicitado.
03	COMPRESSA COM EMULSÃO PETROLATUM 7,6 x 20,0 CM	- O produto proposto pela empresa IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca CURATEC, atende ao solicitado.
04	CARVÃO VEGETAL ATIVADO PLACA 10X10 CM	1º COLOCADO: - O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca CASEX, não atende ao solicitado , produto avaliado pela área técnica da Unidade de Saúde e avalia negativamente quanto a pouca absorção de exsudatos e liberação do carvão no leito da ferida. 2º COLOCADO: - O produto proposto pela empresa ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA, marca GOLDMED, atende ao solicitado.



05	CURATIVO ALGINATO CÁLCIO E SÓDIO ESTÉRIL 10 X10 CM	- O produto proposto pela empresa KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA, marca PHARMA ALGI F, atende ao solicitado.
06	CURATIVO BOTA UNNA	- O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca CASEX, atende ao solicitado.
07	CURATIVO CARBOXIMETILCELULOSE COM PRATA	- O produto proposto pela empresa KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA, marca FIBROSOL AG, atende ao solicitado.
08	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 10 X10 CM	- O produto proposto pela empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, marca COMFEEL, atende ao solicitado.
09	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15 X15 CM	- O produto proposto pela empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, marca COMFEEL, atende ao solicitado.
10	CURATIVO MEMBRANA REGENERADORA POROSA 10 X 7,5 CM	FRACASSADO
11	DEXPANTENOL FRASCO OU BISNAGA C/ 30 G	FRACASSADO
12	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%	- O produto proposto pela empresa CIENTÍFICA MÉDICA-HOSPITALAR LTDA, marca VIC PHARMA atende ao solicitado,
13	GEL HIDRATANTE COM ALGINATO G C/ 85,0G	1º COLOCADO: - O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca CASEX, não atende ao solicitado <i>"produto avaliado na Unidade de Saúde e área técnica informa que os pacientes, mencionam importante ardência e dor que não cessa no decorrer das horas"</i> .

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br

MLLO




		2º COLOCADO: - O produto proposto pela empresa IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca CURATEC, atende ao solicitado.
--	--	--

À Comissão Especial de Licitação para providências subsequentes.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2021.

Maisa Vieira de Paula

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-
Hospitalares e Odontológicos
Decreto 3045/2021



GERÊNCIA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITLARES E ODONTOLÓGICOS

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

1. Unidade de Saúde

Nome: Ciams Urias Magalhães Data: 25/10/2021

2. Identificação do Produto

Nome Comercial: Pharmapad Carbon Silver Marca: Pharmapad Carbon Silver

Número do Lote: _____ Quantidade recebida: 01

Tempo de Avaliação: _____ Nº Registro ANVISA: 81606090040

3. Avaliação do Produto / Embalagem

Pontos Positivos:

Boa absorção, não adere no leito da ferida e não transfere resíduos (carvão) na ferida.

Pontos Negativos:


Não encontrado pontos negativos.

4. Parecer Técnico Final

Aprovado () Reprovado

Justificativa: produto satisfatório para uso

Dourado
Luzia E. Dourado
Enfermeira
R.N. GO 190.560
Responsável pela Avaliação (nome, categoria e carimbo)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() INCLUSÃO (X) AVALIAÇÃO

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME: Ciams Ulvias Macalhaes DATA: 13/10/21

II. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PARA A SAÚDE

NOME COMERCIAL: Curativo Alginate Calcio ^{psodio} MARCA: Pharm - Algif
NUMERO DO LOTE: _____ QUANTIDADE RECEBIDA: 04
TEMPO DE AVALIAÇÃO: _____ Nº REGISTRO NA ANVISA: _____

III. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM:

ASPECTOS POSITIVOS -

Absorção do exsudato; não aderência no leito da ferida.

ASPECTOS NEGATIVOS -

Composição sem prata.


IV. PARECER TÉCNICO - CONCLUSÃO FINAL

(X) APROVADO - JUSTIFICATIVA:

Uso para feridas não infectadas.

() REPROVADO - JUSTIFICATIVA:

Dourado
Responsável pela Avaliação (Nome, Categoria e Carimbo)
Livre, Categoria e Carimbo
COREN 100350



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() INCLUSÃO () AVALIAÇÃO

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME: UCIAS MAGALHÃES DATA: 13/10/21

II. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PARA A SAÚDE

NOME COMERCIAL: Bandagem Pólice Unna MARCA: Casas
NUMERO DO LOTE: B0016121 QUANTIDADE RECEBIDA: 02
TEMPO DE AVALIAÇÃO: _____ Nº REGISTRO NA ANVISA: _____

III. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM:

ASPECTOS POSITIVOS -

Boa medição, corama da bandagem e ponta de tecido de zinco


ASPECTOS NEGATIVOS -

IV. PARECER TÉCNICO - CONCLUSÃO FINAL

APROVADO - JUSTIFICATIVA:
produto satisfatório para o uso

() REPROVADO - JUSTIFICATIVA:

[Assinatura]
Responsável pela Avaliação (Nome, Categoria e Carimbo)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() INCLUSÃO (X) AVALIAÇÃO

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME: Ciano Ultras Macalhaes DATA: 13/10/2021

II. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PARA A SAÚDE

NOME COMERCIAL: Curativo Fibrosol AG MARCA: Fibrosol AG
NUMERO DO LOTE: 15E21 QUANTIDADE RECEBIDA: 04
TEMPO DE AVALIAÇÃO: _____ Nº REGISTRO NA ANVISA: _____

III. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM:

ASPECTOS POSITIVOS -

Absorção do exsudato, não adere no leito da ferida; composição com prata;

ASPECTOS NEGATIVOS -

IV. PARECER TÉCNICO - CONCLUSÃO FINAL

(X) APROVADO - JUSTIFICATIVA:

produto de uso essencial em feridas crônicas infectadas.

() REPROVADO - JUSTIFICATIVA:

Dourado R. E. Dourado
Enfermeira
CONEGO 190.360
Responsável pela Avaliação (Nome, Categoria e Carimbo)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() INCLUSÃO AVALIAÇÃO

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME: Cams Unias Macalhas DATA: 13/10/2011

II. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PARA A SAÚDE

NOME COMERCIAL: Curativo hidrocolóide MARCA: Comfeel plus
NUMERO DO LOTE: 107562476 QUANTIDADE RECEBIDA: 03
TEMPO DE AVALIAÇÃO: _____ Nº REGISTRO NA ANVISA: 10430310342

III. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM:

ASPECTOS POSITIVOS -

Bom aderência nas bordas da ferida, boa absorção do exsudato acelerando o processo de cicatrização

ASPECTOS NEGATIVOS -

IV. PARECER TÉCNICO - CONCLUSÃO FINAL

APROVADO - JUSTIFICATIVA:
produto satisfatório

() REPROVADO - JUSTIFICATIVA :

Edson E. Dourado
Interimista
CORP 190.301
Responsável pela Avaliação (Nome, Categoria e Carimbo)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() INCLUSÃO () AVALIAÇÃO

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME: Ciams Unias Magalhães DATA: 13/10/2021

II. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PARA A SAÚDE

NOME COMERCIAL: Gel hidratante com alcinato MARCA: Cases
NUMERO DO LOTE: 014/21 QUANTIDADE RECEBIDA: 01
TEMPO DE AVALIAÇÃO: _____ Nº REGISTRO NA ANVISA: _____

III. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM:

ASPECTOS POSITIVOS –

ASPECTOS NEGATIVOS –

Ardência no local da ferida; pacientes com feridas crônicas a maioria são dolorosas.


IV. PARECER TÉCNICO – CONCLUSÃO FINAL

() APROVADO – JUSTIFICATIVA:

(X) REPROVADO – JUSTIFICATIVA:

Pacientes recusam o uso devido ardência e dor no momento da aplicação que não cessa com o passar do tempo de uso (horas)

Dourado
Responsável pela Avaliação (Nome, Categoria e Carimbo)
Laureado E. Dourado
Enfermeiro
COREN-GO 131200



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() INCLUSÃO AVALIAÇÃO

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME: Criando Uniao Macalhas DATA: 13/10/2021

II. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PARA A SAÚDE

NOME COMERCIAL: Carvão ativado ^{prato} 100% puro MARCA: Carvão
NUMERO DO LOTE: AG-012121 QUANTIDADE RECEBIDA: 01 placa
TEMPO DE AVALIAÇÃO: _____ Nº REGISTRO NA ANVISA: 10892330009

III. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM:

ASPECTOS POSITIVOS –

composição com nitrato de prata

ASPECTOS NEGATIVOS –

aderência no leite da ferida e liberação de carvão e pouca absorção do exsudato

IV. PARECER TÉCNICO – CONCLUSÃO FINAL

() APROVADO – JUSTIFICATIVA:

REPROVADO – JUSTIFICATIVA:

devido as aspectos negativos citados acima

[Assinatura]
Responsável pela Avaliação (Nome, Categoria e Carimbo)
Liliane F. Damado
Enfermeira
COREN-GO 10892330009