



**PROCESSO BEE Nº 43.410/2021**

**INTERESSADO: Gerência de Apoio Diagnóstico**

**ASSUNTO: Aquisição de Teste Rápido SARS-COV-2**

**DESPACHO Nº 11/ 2022** – Em resposta ao despacho nº 855/2021 – após análise, segue parecer técnico da proposta e documentação técnica apresentada:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
01	<b>TESTE RÁPIDO SARS- COV- 2 COM DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO-</b> Testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de <i>swab</i> da nasofaringe de humanos, com sensibilidade acima de 90% e especificidade maior ou igual a 99%. Deverá acompanhar kit completo necessário à realização do teste e bula com as características técnicas/instruções de uso na língua portuguesa.	– O produto oferecido pela empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, marca HECIN, <b>atende</b> ao solicitado.

Esclarecemos que foram avaliadas as documentações técnicas pertinentes, estando de acordo com o solicitado. Por fim, nosso parecer se restringe aos aspectos e critérios técnicos inseridos no Termo de Referência, em conformidade com a bula, informações inseridas no site da ANVISA e análise técnica do produto.

Retornem-se os autos à Comissão Especial de Licitação para atos subsequentes.

Gerência de Apoio Diagnóstico, 18 de janeiro de 2022.

**Camilla Gomes Urzêda**  
**Gerência de Apoio Diagnóstico**  
**Decreto 3.044/2021**

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Apoio Diagnóstico

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br