



Comissão Especial de Licitação CEL <celsms.goiania@gmail.com>

Esclarecimento PE 36/23

Laura Monteiro <licitacao.laura@lutech.com.br>
Para: celsms.goiania@gmail.com
Cc: Hugo Torresan Buainain <hugo@lutech.com.br>

9 de novembro de 2023 às 15:55

Boa tarde Prezados,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 036/2023, solicito esclarecimento do item abaixo.

ITEM 15: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL

Mencionam no descritivo "deve acompanhar: certificado de calibração do termômetro digital com selo RBC". O equipamento Capela de Fluxo Laminar Vertical **não é passível** de calibração RBC, e o mesmo **não possui** nenhum termômetro em sua composição.

Podemos desconsiderar os dizeres "deve acompanhar: certificado de calibração do termômetro digital com selo RBC"?

Visando apresentar proposta mais vantajosa, de forma que atenda ao edital e às necessidades do solicitante, precisamos das informações acima o mais breve possível pois as questões implicam diretamente nos custos dos equipamentos.

Aguardo retorno, obrigada.

Atenciosamente,

