



Comissão Especial de Licitação CEL &lt;celsms.goiania@gmail.com&gt;

---

**Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 036/2023 - P32708**

---

atendimento@dominiocomercio.com.br &lt;atendimento@dominiocomercio.com.br&gt;

13 de novembro de 2023 às  
11:11

Para: celsms.goiania@gmail.com, cel@sms.goiania.gov.br

**À Secretaria Municipal de Saúde**

Prefeitura de Goiânia

**Referente ao Pregão Eletrônico nº 036/2023**

A empresa **Domínio Comercio de Equipamentos Ltda**, CNPJ nº 18.527.195/0001-98, vem por meio deste solicitar esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, referente ao **item 12 – Banho Maria**, o qual temos total interesse em participar.

No que se refere ao equipamento, vimos esclarecer quanto a necessidade de incluir a exigência de **“Possuir estrutura e cuba monobloco, em única peça sem emendas”**.

Estrutura monobloco significa que o equipamento tem que ser inteiriço, constituído de uma única peça sem a utilização de emendas, parafusos ou arestas em sua estrutura.

Quando falamos em equipamentos para lactário ou para banco de leite a estrutura monobloco de fato é realmente necessária, pois evita o acúmulo de qualquer mínima sujidade e/ou pontos de oxidação.

Segue em anexo foto de um equipamento monobloco para melhor entendimento, veja que a cuba do equipamento faz parte da estrutura, não sendo removível, parafusada ou tendo qualquer aresta.

Segue também foto de um equipamento não monobloco com a cuba parafusada.

Cabe ressaltar que a estrutura em monobloco é essencial para a higienização do equipamento, impedindo que sujeiras e contaminantes se impregnem em frestas de junção, solda, encaixe, etc.

Dessa forma, pedimos que os senhores incluam a características **“Possuir estrutura e cuba monobloco, em única peça sem emendas”**, afim de dar clareza ao objeto quanto à sua finalidade de Banco de Leite, bem como à necessidade de que os equipamentos ofertados respeitem as questões de higiene e segurança envolvidas.

Ficamos no aguardo de informação.

Att, Caroline Bianca.

--



Fone: (41) 3388-3425  
atendimento@dominiocomercio.com.br

---

**2 anexos**



**Banho maria com emendas e parafuso.jpeg**  
64K



**Banho maria monobloco.jpeg**  
237K