
SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO

De : Alfredo Fernandes Alfred <alfredofernandes1971@gmail.com>

qui., 25 de set. de 2025 15:41

Assunto : SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO

Para : licitasms@goiania.go.gov.br

Boa tarde
A quem possa,

Interessado em participar do certame
PE 90037/2025
SEI: 23.29.00000.5283-7
UASG: 926995
DATA: 30.09.2025
ITEM: 09
GRAVADOR DE HOLTER

Venho solicitar esclarecimento para o descritivo no Item 09 - Gravador de Holter,

Ao analisarmos o descritivo, verificamos a ausência da informação para a aquisição do Módulo de Análise Gravador de Holter,

Sem a informação, a empresa participante não informara na proposta o software Módulo de Análise, causando prejuízos técnicos ao órgão solicitante .

Software é utilizado para laudar os exames de Holter, Sem essa informação e da forma que está sendo apresentado o descritivo técnico no edital, os participantes provavelmente irão apresentar as propostas somente para a aquisição do Gravador de Holter,

Sem a aquisição do Módulo de Análise, não será possível laudar os exames de Holter, somente será realizado os exames .

Caso a Secretaria Municipal de Saúde já tenham adquirido em outro certame o módulo de análise ou trabalhem com empresa terceirizada da telemedicina, nesse caso não será necessária a aquisição do Módulo.

Para o certame não ser fracassado ou o órgão tenha prejuízo por adquirir equipamento que não atenderá seu propósito e demandas

Solicitamos e sugerimos que seja realizado ERRATA, incluído o Módulo de Análise do Holter compatível com a marca e modelo do equipamento.

Assim sendo realizado, o certame seguida com a aquisição de equipamento Holter dentro dos padrões para realização de exames e laudos .

Diante do apresentado,
Aguardo o acolhimento da solicitação .

Alfredo Fernandes Neto

61-9.9957-2842

SEVEN-DF

"Tudo vem a mim com Facilidade, Alegria e Glória"

Sucesso!!
