



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao Despacho nº 759/2025 da Presidência da Comissão Especial de Licitação, o qual solicita análise da proposta e documentação técnica (atestados, registros, licenças entre outros), apresentados pelas empresas arrematantes e emissão de **PARECER TÉCNICO** fundamentado, quanto ao atendimento do produto às especificações solicitadas no Edital de Licitação e seus anexos, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025**, a Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares informa abaixo parecer técnico:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PARECER TÉCNICO
1.	APARELHO ASPIRADOR SECREÇÃO	UND	13	<p>- O produto proposto pela empresa MRM HOSPITALAR LTDA, marca Aspiravida/MRM400C, atende ao solicitado.</p>
2.	APARELHO CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MONITOR COM MARCAPASSO EXTERNO	UND	12	<p>- O produto proposto pela empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, marca Mindray / UMED20, atende ao solicitado.</p>
3.	APARELHO PRESSAO ARTERIAL DIGITAL	UND	130	<p>- O produto proposto pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, marca Accumed/ G-TECH/BSP11, não atende ao solicitado. Produto ofertado não possui braçadeira para circunferência de braço de 22 a 42 cm, conforme solicitado em Termo de Referência.</p> <p>- O produto proposto pela empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, marca Accumed/G-TECH/BSP11, não atende ao solicitado. Produto ofertado não possui braçadeira para circunferência de braço de 22 a 42 cm, conforme solicitado em Termo de Referência.</p> <p>- A empresa G7 MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, marca G-TECH, solicitou desclassificação, conforme e-mail em anexo (doc. 8510604).</p> <p>- O produto proposto pela empresa MAIS ÉTICA COMERCIAL LTDA, marca Accumed/G-TECH/BPLA800, atende ao solicitado.</p>
4.	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO	UND	130	<p>- O produto proposto pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, marca Cofoe/KF-WH001, atende ao solicitado.</p>

O parecer técnico foi pautado sob a análise da proposta, ficha técnica dos produtos ofertados, verificação da documentação de habilitação da empresa e verificação dos registros dos produtos perante os órgãos regulamentadores.

Diante do exposto, remetem-se os autos à Presidência da Comissão Especial de Licitação, para sequenciamento dos autos.



Documento assinado eletronicamente por **May Socorro Martinez Afonso, Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos**, em 07/11/2025, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **8510608** e o código CRC **A74E32B3**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.29.000023153-8

SEI Nº 8510608v1