



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Atenção Especializada

DESPACHO Nº 143/2026

Em atenção ao encaminhamento referente ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **Bace Comércio Internacional Ltda.**, CNPJ nº **47.411.780/0001-26**, acerca do **Item 10 – Curativo Espuma Não Adesivo Prata 15 x 15 cm**, 9624249, procede-se à análise técnica quanto à possibilidade de aceitação de curativo de espuma impregnada com prata **com camada adicional de silicone na interface de contato com a ferida**.

Após análise, **não se verifica prejuízo técnico ou assistencial** na aceitação de curativo de espuma impregnada com prata contendo **camada adicional de silicone**, desde que **todas as demais especificações técnicas, dimensões e requisitos de desempenho previstos no edital sejam integralmente atendidos**.

Ante o exposto, **esta Gerência manifesta-se favoravelmente à possibilidade de oferta do curativo com camada adicional de silicone**, por se tratar de característica que pode inclusive representar **benefício clínico ao paciente**, sem descaracterizar o objeto licitado.

Encaminham-se os autos para prosseguimento das providências cabíveis.

Goiânia, 16 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **May Socorro Martinez Afonso, Especialista em Saúde**, em 16/03/2026, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **9645336** e o código CRC **00686ECD**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO